



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 265

София, 17.08.2026г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация рег. № 86/51 ЛИ/ПА/02.03.2026г., доклад на водещия оценител вх. № 86/51 ЛИ/ПА/5/В/26.06.2026г., вх. № 86/51 ЛИ/ПА/7/В/27.07.2026г. и становище на Комисията по акредитация вх. № 86/51 ЛИ/ПА/8/В/10.08.2026г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност

Адрес на управление: 1309 София, ул. „Пиротска“ № 171 А

Адрес на лаборатория: 1619 София, ул. „Огнеборец“ № 1

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1.	1.1 Неносещи строителни елементи: - преградни стени (1); - окачени тавани със собствена огнеустойчивост (2); - противопожарни врати и затварящи устройства (3);	<u>Устойчивост на огън:</u> <u>I- топлинна изолация:</u> - средно нарастване на температурата; - максимално нарастване на температурата; <u>E- Непроницаемост:</u> - запалване на памучен тампон; - пукнатини и отвори; - поява на горене с устойчив пламък по не изложената на пламъци страна.	БДС EN 1363-1 (1÷3) БДС EN 1363-2 (2) БДС EN 1364-1 (1) БДС EN 1364-2 (2) БДС EN 1634-1+A1 (3)
2.	Пожарогасителни прахове	2.1. Съдържание на влага	БДС EN 615, Приложение Е
		2.2. Ситов анализ	БДС EN 615, Приложение В, В.2 Метод 2
		2.3. Устойчивост на	БДС EN 615, Приложение С

Тип обхват: ГЪВКАВ*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		спичане и образуване на буци/ устойчивост на сбиване и образуване на буци	
		2.4. Насипна плътност	БДС EN 615, Приложение А
		2.5. Водоотблъскване	БДС EN 615, Приложение D
		2.6. Остатък от заредено количество/Остатък след изпразване	БДС EN 3-7 + A1, Приложение А
		2.7. Гасителна ефективност/гасителна способност	БДС EN 3-7 + A1, Приложение I
3.	Пенообразуватели за гасене на пожари: - за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности ⁽¹⁾ ; - за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности ⁽²⁾ ; - за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности ⁽³⁾ ; - за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности ⁽⁴⁾ .	3.1. Вискозитет на пенообразувателя в температурен диапазон от -40 °C до +20 °C	БДС EN 1568-1,2,3,4, т. 6.1; БДС EN ISO 3104, т. 11 ^(1, 2, 3, 4)
		3.2. рН на пенообразувателя	БДС EN 1568-1,2,3,4, т. 7 ^(1, 2, 3, 4)
		3.3. Процентно съдържание на утайка: - преди стареене; - след стареене.	БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, Приложение С ^(1, 2, 3, 4)
		3.4. Кратност на пяната	БДС EN 1568-1,3,4, Приложение G ^(1, 3, 4)
		3.5. Време на изтичане на пяната.	БДС EN 1568-1,3,4, Приложение G ^(1, 3, 4)
		3.6. Дребномащабно изпитване на гасителна способност	БДС EN 1568-3,4, Приложение I ^(3,4)
		3.7. Гасителна способност	БДС EN 1568-1,3,4, Приложение H ^(1, 3, 4)
		3.8. Повърхностно напрежение	БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, Приложение F ^(1,2,3,4) БДС EN 14370, т. 7.3
4.	Пожарогасители носими	4.1. Номинално количество за зареждане	БДС EN 3-7 + A1, т. 6.1
		4.2. Допустими отклонения при пълнене - 1 kg прах - 2 kg прах - ≥ 3 kg прах - за всички останали гасителни вещества	БДС EN 3-7 + A1, т. 6.2
		4.3. Остатък от зареденото количество.	БДС EN 3-7 + A1, т. 7.2
		4.4. Гасителна ефективност.	БДС EN 3-7 + A1, Приложение I
		4.5. Минимална продължителност на действие.	БДС EN 3-7 + A1, т. 7.1.1

Тип обхват: ГЪВКАВ*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		4.6. Маса на пожарогасителя.	БДС EN 3-7 + A1, т. 8.1.2
		4.7 Начало на изпразване	БДС EN 3-7 + A1 т. 7.3
		4.8. Температурен диапазон на работа след „Температурен цикъл А“ и „Температурен цикъл В“: - начало на изпразването - продължителност на действие (действителна и максимална) - остатък след изпразване • за прах ВС; • за всички други вещества.	БДС EN 3-7 + A1, т. 7.4
		4.9 Сила на активиране: - за пожарогасители с CO ₂ ; - за пожарогасители, различни от такива с CO ₂ .	БДС EN 3-7 + A1, т. 10.1 и т. 10.2
		4.10 Предпазни устройства	БДС EN 3-7 + A1, т. 10.3
		4.11 Цвят	БДС EN 3-7 + A1, т. 16.1
		4.12 Маркировка	БДС EN 3-7 + A1, т. 16.2
		5.1. Приспособления за захващане	БДС EN 1869, т. 4.5
		5.2. Форма и размери	БДС EN 1869, т. 4.6
		5.3. Маса	БДС EN 1869, т. 4.7
5.	Противопожарни одеяла	5.4. Гъвкавост	БДС EN 1869, т. 5.2
		5.5. Сила на изваждане и време за изваждане и разгъване	БДС EN 1869, т. 5.3
		5.6. Маркировка	БДС EN 1869, т. 7
		5.7. Електрическо съпротивление	БДС EN 1869, Приложение В
		5.8. Характеристики при пожар на олио	БДС EN 1869, Приложение С
		5.9. Характеристики при пожар на хептан	БДС EN 1869, Приложение D
		6.1. Форма и размери	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 2
		6.2. Сила и време за изваждане от опаковката и разгръщане	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 3
		6.3. Гъвкавост (еластичност)	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 4
		6.4. Структура	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 5
6.	Противопожарни одеяла тежък тип	6.5. Маса	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 6

Тип обхват: ГЪВКАВ*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		6.6. Термична изолация	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 7
		6.7. Устойчивост на горещи частици при рязане на метал	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 8
		6.8. Приспособления за захващане	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 9
		6.9. Електрическо съпротивление	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 10
		6.10. Характеристики при пожар. Гасителна ефективност на стандартно пожарно огнище с масло – олио за готвене	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 11
		6.11. Характеристики при пожар. Гасителна ефективност на стандартно пожарно огнище с летливи течности	Наредба 81213-906, Приложение № 1, т. II, подт. 12

Позоваване гъвкав обхват:

Наредба № 81213-906 от 30 юли 2015 г. „Наредба за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол“

Акредитация за целите на хоризонтална нотификация по съществени характеристики, съгласно приложение V.3 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета:

Тип обхват: ГЪВКАВ*			
№ по ред	Наименование на съществената характеристика	Хармонизирана техническа спецификация	Функции на органа
1	2	3	4
1.	Устойчивост на огън	БДС EN 1364-1; БДС EN 1364-2; БДС EN 1634-1+A1	Изпитване

* **Гъвкав обхват:** Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

НАРЕЖДАМ:

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 51 ЛИ/17.08.2026г., валиден до 16.08.2030г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ръководителя на Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция

ИА БСА

Заповед № А 265/17.08.2026г.

4/5

„Пожарна безопасност и защита на населението“, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 51 ЛИ/16.01.2023г., валиден до 15.08.2026г. и приложение заповед №А 25/16.01.2023г.

Настоящата заповед да се съобщи на Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“